

四平市第一人民医院
血液透析设备比选采购公告

一、项目概况：

采购编号：spdyyybx-20200714

序号	设备名称	数量	单位	简要规格描述	采购方式
1	血液透析设备	6	台	详见技术要求	院内比选采购

二、供应商参与比选须知：

2.1 应仔细阅读比选采购公告文件的所有内容，按照要求进行投标文件准备；参选单位递交的文件均应编写目录和页码，密封袋上标明单位名称、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章，密封件封口上应加盖骑缝章；在规定时间内递交院内比选文件至指定地点，比选文件数量为六本(1正本 5副本)，参选单位须对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.2 递交比选文件的时间：2020年7月17日下午13:00；

2.3 递交比选文件的地点：院办二楼会议室；

2.4 依据医院比选采购流程，以医院现场评审小组与供应商进行磋商竞谈后的最后报价为各供应商最终投标价格；

三、比选采购项目技术需求与商务需求：

一、配置与功能
1.1
1.2 设备配有原厂不间断电源，停电时具有报警功能，并支持血泵运转最少20分钟以上；
1.3 10寸以上彩色液晶触摸显示屏，全中文操作系统；
1.4 具有完整的全自动安全检测功能，包括监视系统、密闭系统、警示系统等；
1.5 血路开放，兼容所有型号血液透析耗材
1.6 空气检测：采用超声波探测原理；漏血检测：红外线光学探测原理；
1.7 个性化透析：具有超滤曲线、钠离子曲线、碳酸盐曲线、温度曲线、透析液曲线等多种个性化透析方案，可单独或组合使用，每种程序提供图形化示意图，方便用户直观选择；
1.8 KT/V充分性监测装置
1.9 具有自动导入血路管、全自动预冲、自动充盈、自动回血、自动消毒及一键待机功能；
1.10 全自动化学消毒、热消毒（84℃以上），整机（含AB吸液杆）消毒均在消毒程序中一次性完成，具有消毒液吸空报警功能。
二、技术参数与性能指标
2.1 血泵：15~600ml/min，精确度：±10%，可调
2.2 静脉压监测显示范围：-100~500mmHg 精度±10mmHg； 动脉压监测显示范围：-300~280mmHg 精度±10mmHg；
2.3 跨膜压监测显示范围：0~+500mmHg；
2.4 肝素泵流量范围：0~10.0ml/h，适用于10、20、30mL注射器
2.5 透析液流量0—800mL/min，可调
三、商务需求
1.安装和调试
1.1 合同签订后15日内，设备到场、安装调试完毕。
2.培训

2.1 根据新设备特点及技术要求，应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，并能解决简单的常见问题及故障，达到合格使用该设备之要求

3 验收

3.1 按比选文件要求，依据国家行业标准进行验收。产品质量须达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。

3.2 验收需提供详细的操作和维护手册（包括：设备使用手册、随机操作规程卡、日常维护保养规程卡、维修手册、设备电路图、设备结构图、设备故障代码表等），合格证（进口设备需提供海关报关单与检疫证明文件）及其它设备所用备品配件；且设备免费开放密码、设备免费软件升级、免费开放接口

4 质保期

4.1 设备终验收单签署之日起开始计算，在正常操作情况下，投标人必须对合同设备整机的正常使用给予至少2年或以上的质量保质期，保修期内每年至少2次定期上门设备保养与参数调校，终身维修。

4.2 保证零配件供应8年以上，厂家具有免费的电话技术支持，终身免费升级软件版本。

4.3 卖方接到用户报修后须立即电话响应处理，电话指导不能解决的原厂专业工程师须8小时内到现场，24小时内排除故障；在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。在厂家(供货商维修服务中心)维修时，供货商应支付设备或组件的包装和运费。对更换或修复的零部件从更换或修复之日起重新计算质量保证期。

4.4 该设备应为全新安装，全年设备无故障运行率应达98%以上，低于98%—90%之间保修期限按1:3延长；低于89%—80%之间保修期限按1:5延长；全年设备无故障运行率低于80%时，予以退货处理；卖方在一周内将货款退回；

5 报价需求

5.1 报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、招标代理费、税金等全部费用；

6 付款方式

设备到货、安装、调试、验收通过后二十日内付合同款的90%，留余款10%为质保金（十二个月后无质量问题十日内无息支付）；

四、比选文件内容要求：

4.1 资质文件要求：

4.1.1 提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本；

4.1.2 提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）；

4.1.3 提供2019年度财务审计报告(新成立公司提供基本开户银行出具的资信证明并加盖公章)，投标截止日期前三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.1.4 提供供应商售后服务承诺函、所投产品生产厂家针对本项目的授权函和售后服务承诺函（厂家直投仅需提供售后服务承诺函）；

4.1.5 参加本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录的证明文件或书面承诺声明；食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营（生产）许可证明；

4.1.6 食品药品监督管理部门颁发的医疗器械产品注册或备案证明；授权委托书与相关人员身份证件扫描件；

4.1.7 其它相关证件。

以上需提供复印件加盖鲜章确认，另标注“与原件一致”字样或加盖“与原件一致”条章。

4.2 资信及商务文件内容:

4.2.1 比选磋商声明书

四平市第一人民医院:

(供应商名称) 系中华人民共和国合法企业, 经营地址_____。

(法定代表人) 系 (供应商名称) 负责人, 我方愿意参加贵方组织的 血液透析设备
比选采购(采购编号:)的竞争性磋商。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及磋商产品和服务,
我方就本次磋商有关事项郑重承诺如下:

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》
中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件, 并真实提供相关材料。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件, 正本 份, 副本 份; 按磋商文件要求提供和交付的
货物和服务的价格详见报价表。

4、如果我方成交, 在合同签订后 天(日历天)完成该项目。

5、如果我方成交, 将派出(姓名及身份证号码), 作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人,
联系手机号码: 。在项目实施过程中, 并承诺项目实施负责人不更换, 若确需更
换的, 书面征得采购人同意后才准予更换。

6、我方的磋商有效期自在提交响应文件截止之日起 90 天内有效。

7、我方在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求,
对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项磋商有关的
数据、情况和技术资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部磋商文件, 包括磋商文件的澄清或修改文件(如有的话)、参考资料及
有关附件, 已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利
及相关渠道和要求。

9、我方不是采购人的附属机构, 并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、
监测等服务。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定: 供应商有下列情形之一的,
处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府
采购活动; 有违法所得的, 并处没收违法所得; 情节严重的, 由工商行政管理机关吊销营业执照;
构成犯罪的, 依法追究刑事责任:

- (一) 提供虚假材料谋取成交、成交的;
- (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (三) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (四) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- (五) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、如成交, 本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 我方将按磋商文件及政府采购
法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12、以上事项如有虚假或隐瞒, 我方愿意承担一切不利后果, 并不再寻求任何旨在减轻或免除
法律责任。

供应商盖章: _____

日期: _____

4.2.2 商务响应表

采购编号:

项目名称:

序号	类别	磋商文件要求	供应商承诺	备注
1	质保期			
2	售后服务承诺			
3	交货时间及地点			
4	付款方式			
5	备品备件及耗材要求			
6			

供应商盖章: _____
日期: _____

4.2.3 其他

- 除比选磋商文件规定的资信及商务文件要求格式外，供应商须提供如下证明材料：
- (1) 供应商业绩证明（参加本项目前 3 年内东北区域相关销售业绩）；
 - (2) 供应商认为可以证明其资信及商务方面的其他材料；
 - (3) 格式自拟。

4.3 技术文件

4.3.1 技术规格偏离表

内容要求：供应商须针对比选文件第三章技术需求的内容逐个全部作出实质性的响应，进行详细描述。

序号	技术需求项目	比选磋商文件要求	技术响应（详细技术参数与规格）	偏离情况详细说明	偏差
1					
2					
3				

注：请各供应商参照比选磋商文件严格按以下要求认真填写偏离表：

- 1、供应商应根据货物的实际规格，并对照磋商文件要求，对确实存在规格要求与磋商文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。供应商因任何原漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。
- 2、供应商真实填写本表，并对其真实性负责。
- 3、不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过 5 项的，响应文件无效；（磋商文件中“▲”条款为实质性条款）

供应商盖章：_____

日 期：_____

4.3.2 售后服务的内容及措施

内容要求:

- 1、供应商应针对本项目提出详细的后期售后服务内容及措施；
- 2、供应商根据项目特性可作出优于或者等同于磋商文件要求的承诺。

注：表格格式自拟；

4.3.3 安装、调试、培训

内容要求:

- 1、供应商应针对本项目提出详细的安装、调试、培训要求及改进的方法；
- 2、本磋商文件安装、调试、培训要求只是基本要求，供应商可以根据项目的特性作出优于或等同于磋商文件要求的承诺。

注：表格格式自拟；

4.4 报价文件格式

4.4.1 开标一览表

项目名称:

采购编号:

报价金额单位: 人民币元

名称	设备单价:
项目总价格	大写 (¥)

注：▲1、如果不提投标产品技术规格偏离表，不得推荐为成交候选人。

▲2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则不得推荐为成交候选人。

▲3、报价应包括人工费、服务费、税金保险、工程配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

负责人（或被委托人）盖章: _____

供应商盖章: _____

日期: _____

4.4.2 提供易损件及周期性耗材价格（周期性耗材注明周期）。

注：格式自拟；

负责人（或被委托人）签字或盖章：_____

供应商盖章：_____

日 期：_____

4.4.3 设备使用超出质保期后设备保修价格

注：格式自拟；

负责人（或被委托人）签字或盖章：_____

供应商盖章：_____

日 期：_____

4.4.4 二次报价确认单

项目名称：血液透析设备比选采购

项目编号：spdyyybx-20200714

供 应 方	第二次报价（元）	法定代表人或委托人签字
	单价： 项目总价格：	

▲1、此二次报价单与投标文件具有同等效力，盖章后现场最终报价使用。

公司名称（盖章）：

日 期：

五、评审办法—综合评分

5.1 投标报价（50分）

5.1.1 满足比选文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为

满分 50 分。

5.1.2 比选报价得分=（比选基准价/比选报价）×50 的公式计算得分。

5.1.3 比选报价不完整的，不进入比选标准价的计算，本项得 0 分。

5.2 技术 (35 分)

5.2.1 完全符合比选文件要求，没有负偏离得 25 分。与比选文件要求有非实质性的负偏离的扣分，每条扣 2 分，扣完为止。技术指标和配置高于比选要求并体现出产品的质量和性能更优的可加分，最多加 10 分。

5.3 业绩 (5 分)

5.3.1 近三年东北区域同类项目业绩，最多得 5 分；

5.4 售后服务 (10 分)

5.4.1 售后服务体系，主要包括质保期内维护保养措施、质保期外的服务承诺、服务人员的科学合理配备等。优：4 分，良：3 分，一般：2 分。

5.4.2 提供免费保修期最短的不得分，每增加一年得 3 分，最多得 6 分。