

四平市第一人民医院

关于召开 2024 年医疗设备产品推介会的公告

因临床工作需要，四平市第一人民医院需采购直线加速器及其附属设施一套，为全面了解该医疗设备的相关情况，根据有关规定，决定召开该医疗设备产品推介会，欢迎具有相关资质的供应商报名参加。

一、推介设备说明

序号	医疗设备名称	数量	预算总价（万元）	设备要求
1	直线加速器及其配套设备	1 套		6MV；FFF：≥800cGy/min；KV CBCT；EPID；IGRT；容积调强（VMAT）；SRS；取得国家医疗器械 NMPA 注册证，其它详见附件。

二、供应商报名材料

1. 本次公开是本单位采购工作的初步安排，现诚邀各厂商、第一代理人报名参加我院项目论证。

2. 参加论证公司资格：以上项目只接受生产、经营范围达到项目招标要求，在人员、设备、资金等方面具备承担本项目能力的相应项目厂商企业以及第一代理人企业参与论证，不接受经销商参与论证。

3. 须提供有效企业法人营业执照副本，税务登记证副本（或者三证合一）（加盖公章的复印件）。

4. 若推介人为所投产品生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》且生产范围包含该产品；若推介人为所投产品授权代理商，请根据所投医疗器械的类别，提供相应的《医疗器械经营企业许可证》

或医疗器械经营备案凭证且经营范围包含该产品（加盖公章的复印件）；代理经销的授权书。

5. 推介人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的复印件（该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）（加盖公章的复印件）；

6. 推介人须带本人身份证（原件和复印件）、授权委托书（原件和复印件）、法人代表人身份证复印件，授权代表联系方式，法人代表授权委托人须出具近三个月内社保证明材料。

7. 推介内容：

设备的名称、品牌、规格型号、性能优势及应用价值、用户名单、近年中标通知书、售后服务承诺、设备的标准配置、技术参数、标准配置报价、选配配置、选配配置价格、售后保障、维保报价等内容。此次直线加速器基本配置与选配配置的报价，不得高于东三省采购相同型号配置设备的最低价格（此条款为硬性要求作为一票否决条款；如恶意低价且不能供货的将纳入黑名单管理）。

所有材料自拟格式，均加盖公章，并提供产品彩页。

8. 以上所有材料按顺序装订成册，以备审核。

9. 供应商及生产厂商参会人员：每报名公司代表限一人、各设备演示工程师限一人；参会人员需为本公司在职员工，并提供社保缴纳凭据，不能提供者一律不允许参加推介会。

10. 各项产品请参会代表自行准备推荐产品上述推荐内容纸质资

料 10 份;

三、报名方式:

1. 时间: 2024 年 5 月 17 日至 5 月 23 日, 上午 8:30—11:00, 下午 1:30—4:00。(节假日除外)

2. 报名地点: 四平市第一人民医院招采办

联系人: 李老师 联系电话: 0434-3519188。

邮箱: spdlyyzcb@163.com

3. 截止报名日期(以公告的日期为准), 逾期未报名的供应商不得参加产品推荐会和下一步的产品论证会。

四、会议时间: 产品推介会时间 2024 年 5 月 24 日上午 9: 00。

五、会议地点: 四平市第一人民医院办公楼二楼第三会议室。

六、要求

参加推介会的供应商以 PPT 形式(自带 U 盘)介绍推荐产品, 限时 15 分钟以内, 双方沟通不超过 10 分钟。各供应商还需提供所推荐的产品在吉林省范围内的用户名单和联系电话, 不少于 2 家。

特此公告。



附件:

医用直线加速器配置清单

序号	名称	数量(套)	规格	备注
1	医用直线加速器	1	6MV; FFF, $\geq$ 800cGy/min; KV CBCT; EPID; IGRT; 容积调强 (VMAT); SRS;	
2	物理师工作站	3		
3	医生工作站	3		
4	医师、物理师、技师培训、进修、继续教育	7 人		
5	晨检仪	1		
6	剂量仪	1		
7	肿瘤放射治疗管理系统	1		
8	放射治疗计划系统 TPS	1		
9	三维调强验证系统	1		
10	三维剂量验证系统	1		
11	二维剂量验证系统	1		
12	二维矩阵剂量仪	1		
13	二维矩阵验证系统	1		
14	三维水箱	1		
15	三维水箱测量系统	1		
16	免洗胶片	1		
17	激光定位灯	1		
18	铅衣	5		
19	除湿机	2		
20	辐射防护工程 (含更换铅门)	1 项		
21	机房、办公室装修装饰工程 (空调、通风、灯具等)	1 项		
22	CT 全碳定位床板	1		
23	对讲系统	1	双向	
24	稳压电源	1	380V, 30KVA, 稳压范围 313-408V	
25	所有硬件、软件维保	≥ 2 年		

